



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне"

Изх. № 271

София, 22.01.2008 г.

До всички лица закупили документация за участие
в обществена поръчка

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Въпроси относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Понататъшно развитие на националната система за оценяване на съответствието и метрологичната инфраструктура, Компонент 1 Доставка на оборудване за Главна Дирекция „Национален център по метрология”, Български институт по метрология”
BG 2005/017-353.02.02

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с постъпилите от Вас запитвания, в законоустановения срок отговаряме на въпросите Ви, както следва:

Въпрос 1:

В приложение II , Техническа спецификация, ЛОТ 3 – Метрологично оборудване за измерване на електрична мощност и енергия, в последната точка от „Артикул 2.2.1 Трифазен калибратор на мощност” се изисква „Монитор и клавиатура”, което не кореспондира с останалите точки от артикула. Моля да уточните как да разбираме това изискване.

Отговор 1:

Изискването за наличие на монитор означава, че трифазният калибратор на мощност трябва да има монитор (дисплей), който да визуализира генерираните хармоници, падовете и пиковите на напрежението. Клавиатурата дублира функциите на бутоните от панела за управление на калибратора, като осигурява удобство при работа.

С уважение,

Любомир Тушанов

Директор на Дирекция ЦЗФД
Заместник-ръководител програма ФАР